

P: 9341/4.1.m del 28/10/2016



FONDI STRUTTURALI EUROPEI

pon 2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia  
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per  
l'istruzione e per l'innovazione digitale  
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FESR



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "A. MEUCCI"  
35013 Cittadella (PD) - Via V. Alfieri, 58 - Tel. 049.5970210 - Fax 049.9408553  
sezione associata: LICEO ARTISTICO STATALE "M. FANOLI"  
35013 Cittadella (PD) - Via A. Gabrielli, 28 - Tel. 049.5971181 - Fax 049.5971830  
Sito internet: www.iisantonioimeucci.gov.it  
Posta elettronica: pdcis018003@istruzione.it



Cittadella, 28/10/2016

Al dirigente scolastico e al DSGA

Oggetto: verbale di controllo e collaudo (\*)

Il giorno 28/10/2016

nell'aula/laboratorio

MISURE

della sede:

Meucci

Fanoli

i sottoscritti (stampatello):

DAMINATO CATERINO  
ZECCHIN GIULIANA

docente collaudatore  ass. tecnico collaudatore  
tecnico addetto al montaggio/installazione

hanno proceduto al controllo e al collaudo della seguente apparecchiatura (utilizzare la dicitura del buono d'ordine):

2- OSCILLOSCOPIO MIXED SIGNAL 2TRCH 200MHZ  
Modello MSOX2022A Keysight

2- MODULI LAN/UGA Opzione MSOX2000-805

richiesta con buono ordine n° 274 del 31/08/2016

Quantità (\*): 2 Oscilloscopi + 2 Opzioni

Elencare i numeri di matricola:

MY 56270399

MY 56270398

L'apparecchiatura appare esente da difetti:

si  no

L'apparecchiatura appare corrispondente alle caratteristiche specificate nel buono d'ordine e nell'offerta presentata dal fornitore:

si  no

L'apparecchiatura è stata sottoposta alle seguenti prove:

Accensione visualizzazione di forme  
d'onda. IMPOSTAZIONI INDIRIZZI IP

risultando funzionante:

si  no

Firme:

Caterino Daminato

Giuliana Zecchin

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ing. Roberto Turetta

(\*) per apparecchiature diverse vanno compilati verbali distinti; nel caso di apparecchiature identiche tra loro si può compilare un solo verbale specificando la quantità: in quest'ultimo caso il verbale specificherà che il collaudo è superato solo se tutte le apparecchiature lo hanno superato